

## CONQUEST<sup>®</sup>, vástago no cementado / cementado.



### Características

- **Vástago primario**, forma parte del sistema de vástagos SYNERGY<sup>®</sup>.
- **Fabricado en CrCo.**
- **Cuello circulo trapezoidal**, arco de movimiento óptimo.
- **Con collar.**
- **Orificios para centralizador distal.**
- **Ranuras antero-posteriores**, mayor estabilidad rotacional.
- **Superficie rugosa**, mayor fijación.
- **Doble opción de uso**, puede usarse como vástago cementado o no cementado.
  - **Opción cementada**, implantar el vástago 2 tallas inferior a la última raspa utilizada para conseguir un manto de cemento de 1 mm.
  - **Opción no cementada**, implantar el vástago de la misma talla a la última raspa (y fresa) utilizada.
- **Con centralizador distal para la opción cementada**, neutraliza el vástago en el canal manteniendo un manto de cemento uniforme.
- **Instrumental de SYNERGY<sup>®</sup> sencillo y eficiente**, ordenado cronológicamente y con la misma nomenclatura para el vástago, la raspa y la fresa.

### Indicaciones

Los componentes de cadera están indicados para personas que se sometan a cirugía primaria y de revisión donde otros tratamientos o dispositivos no hayan logrado rehabilitar caderas dañadas como resultado de un traumatismo o enfermedad no inflamatoria degenerativa de articulación (NIDJD) o cualquiera de sus diagnósticos compuestos de osteoartritis, necrosis avascular, artritis traumática, epifisis capital dislocada, cadera fusionada, fractura de pelvis y variante distrófica.

Los componentes de cadera también son indicados para enfermedad inflamatoria degenerativa de articulación, incluyendo artritis reumatoide, artritis secundaria a una variedad de enfermedades y anomalías y displasia congénita; osteomielitis vieja remota con periodo prolongado sin drenaje, caso en que el paciente debe ser advertido de un peligro a nivel más alto de lo normal de infección postoperatoria; tratamientos de no unión, fractura de cuello femoral y fracturas trocantéricas del fémur proximal con implicación de cabezas que no se puede manejar usando otras técnicas; endoprótesis, osteotomía femoral o resección Girdlestone; dislocación-fractura de la cadera; y corrección de deformidad.

### Instrucciones de uso

Ver técnica quirúrgica Sistema Total de Cadera CONQUEST FX.

### Composición

#### Vástago y Cabeza metálica (CrCo) (ISO5832-4)

Cromo	27,0% - 30%	Tungsteno	0,20% Máx.
Molibdeno	5,0% - 7,0%	Fósforo	0,20% Máx.
Níquel	1,00% Máx.	Azufre	0,010% Máx.
Hierro	0,75% Máx.	Nitrógeno	0,25% Máx.
Carbono	0,20% - 0,26%	Aluminio	0,30% Máx.
Silicio	1,00% Máx.	Boro	0,01% Máx.
Manganeso	1,00% Máx.	Cobalto	Balance

# CONQUEST<sup>◇</sup>, vástago no cementado / cementado.

## Presentación

Código Producto	Descripción
71316509	Vástago CONQUEST FX 125 mm. Talla 9
71316510	Vástago CONQUEST FX 130 mm. Talla 10
71316511	Vástago CONQUEST FX 135 mm. Talla 11
71316512	Vástago CONQUEST FX 140 mm. Talla 12
71316513	Vástago CONQUEST FX 145 mm. Talla 13
71316514	Vástago CONQUEST FX 150 mm. Talla 14
71316515	Vástago CONQUEST FX 150 mm. Talla 15
71316516	Vástago CONQUEST FX 150 mm. Talla 16

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 2797 CE n° CE512804  Clase CE III			 10 años   	 Smith & Nephew Inc. 1450 Brooks Road. Memphis, TN 38116.   Smith & Nephew Orthopaedics GmbH Alemannenstrasse 14. 78532 Tuttlingen. Germany  <b>Distribuidor</b> Smith & Nephew, SAU ISO 9001

### Leyenda símbolos

 No contiene látex	 Producto esterilizado por irradiación
 Caducidad	 No reutilizar
 No utilizar si el envase está abierto o dañado	
 Fabricante	 Representante autorizado

### Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U  
 Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)  
 Tel. Atención Cliente: 902 30 31 50 - Fax. Atención cliente: 902 30 31 71  
 A-28123297  
[informacion@smith-nephew.com](mailto:informacion@smith-nephew.com). [www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)